
自动化所等实现近红外二区磷光成像

作者：writer 来源：中国科学院

本文原地址：<https://www.iikx.com/news/progress/15830.html>

本文仅供学习交流之用，版权归原作者所有，请勿用于商业用途！

当前，近红外二区（NIR-II，1000-1700nm）荧光成像在生物学基础研究和肿瘤术中精准切除等临床转化方面展现出应用前景。相较于近红外一区（NIR-I，700-1000 nm），近红外二区荧光成像具备的在生物体内散射低、组织穿透深且成像分辨率高的优势，使其被视为颇具发展潜力的影像技术。

然而，受限于荧光成像的固有缺点，如较小的斯托克斯（Stokes）位移和较短的光学寿命，近红外二区荧光成像在动物活体内高分辨、高质量的实时成像效果尚不理想，仍有较大的提高空间。如何进一步从成像探针和成像方法方面，重新思考与设计近红外二区成像，是突破现有近红外二区成像生物应用瓶颈的关键。


近日，中国科学院自动化研究所研究员胡振华、武汉理工大学副研究员常柏松、中科院上海药物研究所教授程震、武汉理工大学教授孙涛垒合作，创新性地开发出近红外二区磷光成像（NIR-II phosphorescent imaging）探针及技术，首次将磷光拓展到近红外二区区域，为探索面向重大疾病的特异性成像提供了新思路和新策略，为疾病的在体早期诊断、术中导航治疗提供了新的强有力的工具。相关成果（A phosphorescent probe for in vivo imaging in the near-infrared II window）发表在[Nature Biomedical Engineering](#)上。

本研究通过金属离子交换机理，制备出具有空心结构的CuISe纳米管，利用氢键诱导的受限自组装原理，改变了纳米探针的受激态衰减过程，将近红外二区（最大发射峰在1130nm左右）磷光探针CuISe纳米管的荧光寿命从73ns延长到336 μ s。基于CuISe纳米探针的荧光-磷光转变机理，本研究还开展了小动物活体实时近红外二区磷光成像实验。实验结果表明，正常组织的背景噪声得到明显抑制，近红外二区磷光成像具有显著的肿瘤特异性。尾静脉注射CuISe纳米探针24h后，肿瘤的信噪比可达190，血管分辨率可达7.6 μ m，显示出近红外二区磷光成像具有在动物活体内高分辨、高质量实时成像的能力。

近红外二区成像技术具有颇高的临床转化潜力。此前，中科院分子影像重点实验室及合作团队在国际上首次实现了近红外二区荧光成像的临床转化。实验结果表明，与传统成像技术相比，使用近红外二区荧光成像能够发现更多的肿瘤原发灶和转移灶，相关成果发表在[Nature Biomedical Engineering](#)

上，而此次研究进一步把磷光拓展到近红外二区区域，可以实现肿瘤及血管更高分辨率、更高对比度、更大穿透深度的成像，在肿瘤更高特异性的早期精准诊断与术中荧光引导肿瘤精准切除等临床应用中看得更深、看得更清，对于继续推动近红外二区成像技术的临床转化工作具有重要意义。

研究工作得到国家重点研发计划“纳米科技”重点专项、国家自然科学基金等的资助。



CISE纳米管作为NIR-II磷光探针能够实现对肿瘤的高灵敏高特异性成像

研究团队单位：自动化研究所

更多 科学进展 请访问 <https://www.iikx.com/news/progress/>

本文版权归原作者所有，请勿用于商业用途，[爱科学iikx.com](http://www.iikx.com)转发